

	AZIENDA USL BARI 70123 Bari – Lungomare Starita 6	PROT. N.
		DATA 31/07/2023
PROPOSTA DI ACQUISIZIONE (parte da compilarsi a cura del Dirigente Responsabile della struttura richiedente)		
Struttura Complessa/Distretto /Servizio:	U.O.C. di Chirurgia Vascolare	
Bene richiesto(indicare ditta produttrice e codice prodotto – nell’ipotesi di piu’ codici del medesimo listino o piu’ listini indicare solo i fornitori)	Shunt Carotideo tipo Pruitt-Inahara	
Quantita’ presunta annua	40	
Caratteristiche funzionali/prestazioni del bene richiesto che rendano ineludibile l’acquisizione dal fornitore	Lo shunt a pallone tipo Pruitt-Inahara è dispositivo indispensabile nella chirurgia carotidea che va utilizzato in via temporanea, quando necessario, durante la fasi di clampaggio dell’asse carotideo, consentendo di effettuare la procedura di endarterectomia e garantire nel contempo un’adeguata perfusione cerebrale	
Specificazioni tecniche collegate alle caratteristiche funzionali	Shunt carotideo a pallone costituito da un catetere centrale in poliuretano trasparente, con palloncini da occlusione in lattice alle due estremità di colore diverso, palloncino supplementare di sicurezza sulla linea di gonfiaggio della carotide interna per prevenire l’ipergonfiaggio, testato per attivarsi al di sopra dei 15 PSI. Attacco luer-lock e rubinetti integrati collegati alla linea di gonfiaggio del palloncino e al T-port, rubinetti e linee di gonfiaggio del medesimo colore dei relativi palloncini. Marcature centimetriche sui bracci dello shunt. Lunghezza 31cm, diametri da 9 Fr e 10 Fr. Corredato da una siringa da 1 ml per la carotide interna ed una siringa da 3 ml per la carotide comune.	
Eventuali e peculiari modalita’ di consegna e gestione fornitura	URGENTE	
Annotazioni	URGENTE al fine di evitare un’interruzione della chirurgia carotidea	
Firma del compilatore →	Il Responsabile della Struttura Complessa/Servizio Dott. Giuseppe Natalicchio	

ASL BARI - POSTA INTERNA - Protocollo n° 61822/2023 del 02/08/2023