
	AZIENDA USL BARI 70123 Bari - Lungomare Starita 6	PROT. n. DATA 19/09/2023
	PROPOSTA DI ACQUISIZIONE (parte da compilarsi a cura del Dirigente Responsabile della struttura richiedente)	
Struttura Complessa/Distretto /Servizio:	U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE	
Bene richiesto(indicare ditta produttrice e codice prodotto – nell'ipotesi di più codici del medesimo listino o più listini indicare solo i fornitori)	Endoprotesi Aortica biforcata con corpo unico	
Quantita' presunta annua	15	
Caratteristiche funzionali/prestazioni del bene richiesto che rendano ineludibile l'acquisizione dal fornitore	Endoprotesi aortica biforcata con corpo unico. Endoprotesi per aorta addominale in acciaio e PTFE esterno, fissato solo alle estremità. Configurazione con corpo unico biforcato, per fissazione anatomica direttamente sul carrefour. Dotata di cuffia prossimale, con e senza free-flow, ed eventuali estensioni iliache, coniche e cilindriche. Introduttore dedicato non superiore a 19 fr esterno. Diametri del corpo da 22 mm a 28 mm, e delle branche iliache fino a 20 mm . Cuffie fino a 32 mm di diametro.	
Specificazioni tecniche collegate alle caratteristiche funzionali		
Eventuali e peculiari modalità di consegna e gestione fornitura		
Annotazioni	urgenti	
Firma del compilatore →	Il Responsabile della Struttura Complessa/Servizio U.O.C. di Chirurgia Vascolare dott. Giuseppe Natalicchio	

ASL BARI - POSTA INTERNA - Protocollo n° 71070/2023 del 19/09/2023

	AZIENDA USL BARI 70123 Bari – Lungomare Starita 6	PROT. n.
		DATA 19/09/2023
PROPOSTA DI ACQUISIZIONE (parte da compilarsi a cura del Dirigente Responsabile della struttura richiedente)		
Struttura Complessa/Distretto /Servizio:	U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE	
Bene richiesto(indicare ditta produttrice e codice prodotto – nell'ipotesi di plu' codici del medesimo listino o piu' listini indicare solo i fornitori)	Endoprotesi Aortiche ad aggancio sottorenale	
Quantita' presunta annua	20	
Caratteristiche funzionali/prestazioni del bene richiesto che rendano ineludibile l'acquisizione dal fornitore	Endoprotesi aortiche	
Specificazioni tecniche collegate alle caratteristiche funzionali	Endoprotesi aortica sottorenale trimodulare con struttura ad anelli indipendenti in nittinolo e rivestita in poliestere woven. Diametri della protesi aortica da 21 a 34 mm. Protesi riposizionabile anche dopo la completa apertura finché non venga definitivamente rilasciata. Il sistema è dotato di magneti integrato per il cannulamento del gate controlaterale. Indicazione per colletti con angolazioni fino a 90 gradi. La branca iliaca (retta, svasata o rovesciata) può essere utilizzata per trattare patologie aneurismatiche iliache isolate.	
Eventuali e peculiari modalità di consegna e gestione fornitura	Si comunica che vista la tipologia dei trattamenti, eseguiti spesso in regime di urgenza ed emergenza, la ditta che risponderà ai seguenti requisiti dovrà eseguire un conto deposito presso la sala operatoria della nostra U.O.C.	
Annotazioni	urgenti	
Firma del compilatore →	Il Responsabile della Struttura Complessa/Servizio U.O.C. di Chirurgia Vascolare dott. Giuseppe Natalicchio	

ASL BARI - POSTA INTERNA - Protocollo n° 71096/2023 del 19/09/2023